

# 单一来源论证意见表

2024年 12月 2 日

项目名称	安阳市肿瘤医院后装治疗机钽 192 放射源采购项目
采购单位	安阳市肿瘤医院
预算金额	107.4 万元
专家论证意见	<p>根据目前查证的已知相关材料，钽 192 放射源要求：放射源活度：约 10 Ci；放射源封装尺寸：直径 0.9 mm，高度 4.5 mm；放射源活性包壳尺寸：直径 0.6 mm，高度 3.5 mm。由于使用了不匹配的放射源，将导致后装治疗机无法正常工作，甚至发生核内溢核治疗效率的严重问题。</p> <p>目前有钽 192 公司可以供应满足该要求的放射源。北京北科射线科贸有限公司是钽 192 授权的唯一向安阳市肿瘤医院提供钽 192 后装治疗机放射源服务的经销商。</p> <p>论证专家一致认为，该项目符合单一来源采购相关要求，可以按照单一来源采购程序进行招标采购。</p>
专家签名	李磊 马志刚 李俊奇